

**SỞ Y TẾ VINH LONG**  
**TTYT HUYỆN TAM BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 911 / TB-TTYT  
V/v mời chào mua sắm Trang  
thiết bị y tế.

Tam Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2023

## **THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế

Trung tâm Y tế huyện Tam Bình đang có nhu cầu mua sắm đầu tư trang thiết bị y tế. Trung tâm Y tế huyện Tam Bình kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng, cung cấp các tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Danh mục hàng hóa: chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm
2. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2
3. Các giấy tờ yêu cầu:
  - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.
  - Báo giá của thiết bị cung cấp: đầy đủ thông tin như biểu mẫu ( phụ lục 2 đính kèm)
  - Catalog, cấu hình tính năng kỹ thuật theo thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020.
4. Thời gian nhận hồ sơ, báo giá từ ngày 23/05/2023 đến ngày 01/6/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời quý nhà thầu quan tâm và đáp ứng nhu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi file mềm và bản cứng hồ sơ, bản chào giá theo mẫu Phụ lục đính kèm đến phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện Tam Bình số 366 Trần Văn Bảy, khóm 4 TT. Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Mọi chi tiết xin liên hệ KS. Nguyễn Anh Phúc sdt: 0359019870.

**Nơi nhận:**

- Như trên ;
- Đăng Website bệnh viện;
- Lưu VT, KHN, TCKT.



*BS. CKII. Bùi Thanh Tùng*



## PHỤ LỤC 1

### DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

( Kèm theo Thư mời chào giá số 911/TB-TTYT của TTYT huyện Tam Bình)

#### 1. Máy nghe tim thai số lượng 01 cái

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màn hình LCD 1,7" với ánh sáng nền
- Đầu dò có độ nhạy cao, có thể thay thế được
- Loại đầu dò không thấm nước: 2.5MHz.
- Máy nghe được tim thai rõ ràng, chính xác vì có hệ thống lọc nhiễu tự động
- Cài đặt sẵn bên trong hệ thống loa âm thanh
- Tự động tắt sau một phút không tín hiệu

#### Đặc điểm vật lý

Kích thước	135mm( chiều dài) x 95 mm ( chiều rộng) x 35 mm (chiều cao)
Khối lượng	Xấp xỉ 180 g ( bao gồm cả pin)
Màn hình	Màn hình LCD 45mm x 25 mm

#### Hiển thị nhịp tim thai

Phạm vi FHR	50 ~ 210 BPM ( nhịp đập trên phút)
Độ chính xác	$\pm 1$ BPM
Công suất nguồn tiêu thụ	<0.8 W
Nguồn tự động tắt	Sau một phút không có tín hiệu, nguồn sẽ tự động tắt
Loại pin	2 pin loại 1,5 VDC ( kích thước AA LR6)

--	--

**Đầu dò**

Tần số thông thường	2.5 MHz
Tần số hoạt động	2.5 MHz $\pm$ 15 %
Áp suất	< 0.5 Mpa Lob < 10 mW/cm <sup>2</sup>
Ispta	< 100 mW/cm <sup>2</sup>
Cường độ đầu ra của sóng siêu âm	Isata < 10 mW/cm <sup>2</sup>
Trạng thái làm việc	Hiệu ứng Doppler sóng liên tục
Khu vực ảnh hưởng	208 mm <sup>2</sup> $\pm$ 15%

**2. Máy soi cổ tử cung số lượng 01 cái**

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Cảm biến: CCD của SONY
- Độ phân giải: **2.100.000 Pixels**
- Kích thước ảnh: 1920\*1080
- Công nghệ lấy nét tự động giúp nhanh chóng lấy được hình ảnh sắc nét
- Bộ điều khiển có chức năng phóng to, thu nhỏ, chụp hình ảnh...
- Độ phân giải ngang:  $\geq 800$  dòng TV
- Ống kính: Max 128 lần độ phóng đại

- Khoảng cách làm việc của ống kính: 100 ~ 400mm ở chế độ tự động và 10 ~ 1000mm ở chế độ thủ công
- Nguồn điện sử dụng: AC 220V, 50 -60 Hz
- Cấu hình chọn thêm: cánh tay swim arm, các cổng kết nối và trích xuất giữ liệu, vị trí bàn cắm bàn đạp chân (đi kèm phần mềm hãng)...
- ✓ Nguồn sáng: LED đã được cấp bằng sáng chế. Dem lại hình ảnh thực tế và hiện thị chi tiết từng màu
- Chiều cao: Có thể điều chỉnh
- Cấu hình chọn thêm: cánh tay swim arm, các cổng kết nối và trích xuất giữ liệu, vị trí bàn cắm bàn đạp chân (đi kèm phần mềm hãng)...



**PHỤ LỤC 2**

## **BẢNG CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

(Kèm theo Thư mời chào giá số 911/TB-TTYT của TTYT huyện Tam Bình)

### **BẢNG CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Chủng loại (Model)</b>	<b>Hãng SX</b>	<b>Nước SX</b>	<b>Hãng chủ sở hữu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn giá</b>	<b>Thành tiền</b>	<b>Giá công khai trên cổng BYT</b>	<b>Mã kê khai</b>	<b>Ghi chú</b>
1												
2												

- Hiệu lực của bảng chào giá là 3 tháng kể từ ngày ký (tối thiểu 90 ngày)

**Đại diện công ty**

Ghi chú: hồ sơ đi kèm bao gồm:

- Catalog thiết bị
- Bảng tính năng kỹ thuật
- Giấy phép bán hàng của Hãng sản xuất hoặc nhà nhập khẩu, NPP chính thức (bản sao công ty)